Netti®
ACCESSORIES

Netti® *Anti tip*

for Netti 4U wheelchairs

Mounting Descriptions


CE This product conform to regulation MDR (EU)2017/745 for medical products.

inspire joy of life


MD0014 ML 2026 - 09

NO Monteringsanvisning Anti tip Netti 4U
EN Mounting Description Anti tip Netti 4U
DE Montageanleitung Anti tip Netti 4U
FR Description du montage Anti tip Netti 4U
IT Descrizione del montaggio Anti tip Netti 4U

Artikkelnr./Item no./Artikel nr./ Numéro d'article/ Numerodi articolo		
28	Anti tip Netti 4U 12", 16", 24"	A
28	Anti tip Netti 4U 20", 22"	A
28	Anti tip Netti 4U pedal 12", 16", 24"	B
41	Anti tip Netti 4U pedal 4U 20", 22"	B




1



NO: Verktøy: A: 4 mm unbrako B: 2 x 5 mm unbrako
1. Plasser anti tippen i anti tipp hylsen på rammen.
2. Tre fjæren inn på enden av anti tippen.
   Trekk fjæren bakover og plasser låsesplinten i ønsket posisjon.
3. Bruk en 4mm unbrako for å justere høyden på anti tippen.
4. Anti tippen er nå ferdig montert.

2



EN: Tools: A: 4 mm Allen key B: 2 x 5 mm Allen key
1. Place the anti tip into the anti-tip tube.
2. Place the spring around the anti-tip, pull it rearwards and place the locking pin in required position.
3. Use an Allen key to adjust the height of the anti-tip.
4. The anti-tip is now ready to use.

3A



DE: Werkzeug: A: 4 mm Inbusschlüssel B: 2 x 5 mm Inbusschlüssel
1. Schieben Sie die Anti-Kippstütze in die Aufnahmehülse des Rahmenrohres.
2. Schieben Sie die Feder von hinten auf das überstehende Stück Rohr und setzen Sie den Fixierstift in das von Ihnen gewünschte vorgebohrte Loch.
3. Stellen Sie nun den benötigten Abstand zum Boden mit dem Justierstück am unteren Ende der Stütze ein.
4. Die Anti-Kippstütze ist nun einsatzbereit.


3B



FR : Outil: A: Clé BTR de 4 mm B: Clé BTR de 2 x 5 mm

1. Placer le module anti bascule dans le tube pour anti bascule.
2. Positionner le ressort autour du tube d'anti bascule, presser le ressort en tirant le module anti bascule et placer la vis de serrage dans son emplacement.
3. Régler la hauteur de l'anti bascule à l'aide d'une clé BTR.
4. L'anti bascule est maintenant prêt à l'emploi.

4



IT: Strumenti: A: Chiave Allen 4 mm B: Chiave Allen 2 x 5 mm

1. Posizionare l'anti-ribaltamento nell'apposito tubo.
2. Posizionare la molla intorno all'anti-ribaltamento, tirarla all'indietro e posizionare il perno di bloccaggio nella posizione corretta.
3. Servendosi di una chiave, regolare l'altezza dell'antiribaltamento.
4. L'anti-ribaltamento è pronto per l'uso.

If you have any further question related to this item or mounting description, please contact our customer service desk.

Mountings description and other manuals can be downloaded at my-netti.com

Netti®
Part of MEYRA GROUP

Manufacturer of Netti:

Alu Rehab AS
Bedriftsvegen 23
N-4353 Klepp Stasjon
Norway

post.klepp@meyragroup.com
T: +47 51 78 62 20
my-netti.com